

ООО «ИНГАКАМФ»



ПАСПОРТ № 17

Пакет перевязочный медицинский  
индивидуальный **СТЕРИЛЬНЫЙ**

Серия 170922

Количество 100 000

Дата изготовления 09 сентября 2022 г.

Анализ выполнен по ГОСТ 1179-93

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результаты
1	Линейные размеры готовых пакетов, см:		
	Длина	10,0 ± 0,5	10,0
	Ширина	6,5 ± 0,5	6,6
	Толщина	4,0 ± 0,5	4,1
2	Длина свободного конца бинта в см, не менее	30,0	31,3
3	Ватно-марлевые подушки:		
	Длина, см	32,0 ± 1,5	32,2
	Ширина, см	17,5 ± 1,0	17,5
	Масса ваты, г	10,0 ± 1,5	10,4
4	Марлевый бинт:		
	Ширина, см	10,0 ± 0,5	9,9
	Длина, м	7,0 ± 0,3	7,0
5	Стерильность	См. инструкцию МЗ по контролю стерильности перевязочного материала	<b>СТЕРИЛЬНО</b>

Срок сохранности стерильности 5 лет

Упаковка и маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 1179-93

Подпись контролера [подпись]

Заключение: Соответствует требованиям ГОСТ 1179-93

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03791 от 20.11.2019 г.

Начальник ОКК [подпись]

